

BALIKESİR DİYALİZ HİZMETLERİ İZLEM, DENETİM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI

Balıkesir Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu 05.07.2022 tarihinde Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi doğrultusunda il genelinde hemodiyaliz cihaz artışlarını görüşmek üzere toplanarak;

*Hasta sayıları ve diğer veriler 2022 yılı ilk 6 aylık TDİS verilerine göre hazırlanmıştır.

| Bölge No | Sero(-) Hasta Sayısı* | Hbs(+) Hasta Sayısı* | HCV(+) Hasta Sayısı* | Sero(-) Cihaz Sayısı | Hbs(+) Cihaz Sayısı | HCV(+) Cihaz Sayısı | Yedek Cihaz Sayısı | Sero(-) Hasta/ Sero(-) Cihaz Oranı | Cihaz Artırımı Uygun / Uygun Değil |
|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.Bölge | 313 | 5 | 1 | 101 | 2 | 3 | 4 | 3,099 | Cihaz Artırımı Uygun Değil |
| 2.Bölge | 153 | 1 | 0 | 63 | 3 | 3 | 4 | 2,429 | Cihaz Artırımı Uygun Değil |
| 3.Bölge | 284 | 6 | 1 | 79 | 4 | 2 | 6 | 3,595 | Cihaz Artırımı Uygun Değil |

(Kurumların hasta/cihaz formu ile karşılaştırılmıştır.)


1.Bölge: $313 / 101 = 3,099$ cihaz artırımı yapılamaz. Bölgenin hasta / cihaz oranı 4(dört)'ün altındadır.

2.Bölge: $153 / 63 = 2,429$ cihaz artırımı yapılamaz. Bölgenin hasta / cihaz oranı 4(dört)'ün altındadır.

3.Bölge: $284 / 79 = 3,595$ cihaz artırımı yapılamaz. Bölgenin hasta/ cihaz oranı 4(dört)'ün altındadır.


Şeklinde karar alınmıştır. 05/07/2022

Dr. Hakan TOLGA
Sağlık Hizmetleri Başkan V.



Doç.Dr. Alper AZAK
Nefroloji Uzmanı

Op.Dr. Nazmi BASARAN
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı



Uzm.Dr. Şükran GÜRSES
Nefroloji Uzmanı